

Das Schutzrohr wird montiert an den Blasvorsatz DAK 303 oder an das Kühlgehäuse DAK 302 und vermindert Verschmutzung von Piros S Infrarot Pyrometer



Technische Daten

Schutzrohr Länge	100 mm
Typ	DAK 319
Art.-Nr	6913L
Schutzrohr Länge	300 mm
Typ	DAK 320
Art.-Nr	6913M
Material	Edelstahl
Weiteres lieferbares Zubehör	Art.-Nr.
Adapter DAK 330 für Montage an Piros OKS	6913Y

